Registre de stérilisation

Clinique du Parc · octobre 2026

LE MOIS EN UN COUP D'ŒIL

1038	111	21	1041
paquets stérilisés	charges enregistrées	jours d'activité	étiquettes utilisées

En moyenne **49 paquets** par jour d'activité, répartis sur **2** stérilisateur(s). **2** charge(s) contenant du matériel implantable.

ÉTIQUETTES ET RÉAPPROVISIONNEMENT

1041 étiquettes utilisées ce mois-ci — 1038 pour les paquets et 3 en réimpression.
À ce rythme, un bloc de **4 rouleaux** (9720 étiquettes) dure environ **9 mois**.

PAR STÉRILISATEUR

STÉRILISATEUR	CHARGES	PAQUETS
A	78	845
B	33	193

PAR PERSONNE

INITIALES	NOM	CHARGES	PAQUETS
AL	Annie Lavoie	9	81
CR	Catherine Roy	38	390
JT	Julie Tremblay	36	330
MG	Mélanie Gagnon	28	237

REMPLACEMENTS

INITIALES	NOM	TITRE	DU	AU
AL	Annie Lavoie	Assistante	2026-10-19	2026-10-23

Ces personnes ne font pas partie de l'équipe permanente. Elles apparaissent ici pour que leurs initiales au registre restent rattachables à quelqu'un.

CYCLES DES STÉRILISATEURS

STÉR.	CYCLE	T°	TEMPS
A	Emballé	134 °C	4 min
B	Emballé	134 °C	4 min

Un test à l'indicateur biologique est exigé pour chaque cycle utilisé.

TESTS DE STÉRILISATION

DATE	TEST	STÉR.	CYCLE	IC SORTIE	IB INCUBÉ	N° DE LOT	EXPIRATION	T°	TEMPS	PLACÉ PAR	IC LU PAR	IB LU PAR	TÉMOIN
2026-10-01 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	JT	JT	—	—
2026-10-01 07:55	Indicateur biologique	A	Emballé	Réussi	Réussi	IB-4471	2027-06-30	134 °C	4	JT	JT	CR	Positif
2026-10-01 07:59	Indicateur biologique	B	Emballé	Réussi	Réussi	IB-4471	2027-06-30	134 °C	4	JT	JT	CR	Positif
2026-10-02 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	CR	CR	—	—
2026-10-05 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	MG	MG	—	—
2026-10-06 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	JT	JT	—	—
2026-10-07 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	CR	CR	—	—
2026-10-08 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	MG	MG	—	—
2026-10-08 07:55	Indicateur biologique	A	Emballé	Réussi	Réussi	IB-4471	2027-06-30	134 °C	4	MG	MG	JT	Positif
2026-10-08 07:59	Indicateur biologique	B	Emballé	Réussi	Réussi	IB-4471	2027-06-30	134 °C	4	MG	MG	JT	Positif
2026-10-09 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	JT	JT	—	—
2026-10-13 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	CR	CR	—	—
2026-10-14 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	MG	MG	—	—
2026-10-15 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	JT	JT	—	—

2026-10-15 07:55	Indicateur biologique	A	Emballé	Réussi	Réussi	IB-4471	2027-06-30	134 °C	4	JT	JT	CR	Positif
2026-10-15 07:59	Indicateur biologique	B	Emballé	Réussi	Réussi	IB-4471	2027-06-30	134 °C	4	JT	JT	CR	Positif
2026-10-16 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	CR	CR	—	—
2026-10-19 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	AL	AL	—	—
2026-10-20 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	JT	JT	—	—
2026-10-21 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	CR	CR	—	—
2026-10-22 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	AL	AL	—	—
2026-10-22 07:55	Indicateur biologique	A	Emballé	Réussi	Réussi	IB-4471	2027-06-30	134 °C	4	AL	AL	JT	Positif
2026-10-22 07:59	Indicateur biologique	B	Emballé	Réussi	Réussi	IB-4471	2027-06-30	134 °C	4	AL	AL	JT	Positif
2026-10-23 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	JT	JT	—	—
2026-10-26 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	CR	CR	—	—
2026-10-27 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	MG	MG	—	—
2026-10-28 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	JT	JT	—	—
2026-10-29 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	CR	CR	—	—
2026-10-29 07:55	Indicateur biologique	A	Emballé	Réussi	Réussi	IB-4471	2027-06-30	134 °C	4	CR	CR	MG	Positif
2026-10-29 07:59	Indicateur biologique	B	Emballé	Réussi	Réussi	IB-4471	2027-06-30	134 °C	4	CR	CR	MG	Positif
2026-10-30 07:40	Bowie-Dick	A	—	Réussi	—	BD-2291	2027-03-31	134 °C	3,5	MG	MG	—	—

ÉCHECS DE STÉRILISATION

1 charge(s) non conforme(s) — aucune étiquette n'a été imprimée pour ces charges.

DATE	STÉRILISATEUR	PARAM. PHYSIQUES	IC DES PAQUETS	IC DE LA CHARGE	NOTES ET SUIVI
2026-10-14 09:50	B	✓	✓	—	Note : Indicateur de la charge non viré. Sachets réemballés et restérilisés dans la charge suivante. (JT, 2026-10-14 10:02) · Déclaré réglé par JT, 2026-10-14 15:10

RÉIMPRESSIONS

DATE	N° DE LOT	RÉIMPRIMÉ PAR	NB	PAQUETS
2026-10-16 11:20	A-1448	CR	2	3, 4
2026-10-27 14:40	B-900	JT	1	2

REGISTRE DÉTAILLÉ

DATE ET HEURE	N° DE LOT	STÉR.	CLASSE	INITIALES	PAQUETS	PP	ICP	ICC	LOT DE L'IC TYPE 5	EXPIRATION
2026-10-01 08:25	A-1412	A	B	JT	9	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-01 09:26	B-873	B	S	CR	7	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-01 10:36	A-1413	A	B	MG	12	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-01 11:46	A-1414	A	B	JT	14	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-02 08:25	A-1415	A	B	CR	12	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-02 09:35	B-874	B	S	MG	3	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-02 11:00	A-1416	A	B	JT	6	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-02 13:17	A-1417	A	B	CR	14	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-05 08:25	A-1418	A	B	MG	7	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-05 09:56	B-875	B	S	JT	7	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-05 11:17	A-1419	A	B	CR	10	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-05 13:43	B-876	B	S	MG	8	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-05 14:51	A-1420	A	B	JT	8	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-05 16:14	A-1421	A	B	CR	16	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-06 08:25	A-1422	A	B	JT	13	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-06 09:47	B-877	B	S	CR	6	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-06 11:22	A-1423	A	B	MG	12	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-06 13:30	B-878	B	S	JT	8	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-06 14:55	A-1424	A	B	CR	15	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-06 15:53	A-1425	A	B	MG	9	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-07 08:25	A-1426	A	B	CR	14	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-07 09:20	B-879	B	S	MG	4	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-07 10:32	A-1427	A	B	JT	10	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31

2026-10-07 13:03	B-880	B	S	CR	7	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-07 14:33	A-1428	A	B	MG	15	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-08 08:25	A-1429	A	B	MG	10	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-08 09:47	B-881	B	S	JT	4	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-08 11:08	A-1430	A	B	CR	10	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-08 13:10	B-882	B	S	MG	4	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-08 14:44	A-1431	A	B	JT	7	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-08 16:17	A-1432	A	B	CR	12	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-09 08:25	A-1433	A	B	JT	9	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-09 09:45	B-883	B	S	CR	8	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-09 11:15	A-1434	A	B	MG	6	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-09 13:10	B-884	B	S	JT	4	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-09 14:14	A-1435	A	B	CR	9	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-09 15:43	A-1436	A	B	MG	8	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-13 08:25	A-1437	A	B	CR	9	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-13 09:42	B-885	B	S	MG	5	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-13 10:40	A-1438	A	B	JT	8	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-13 13:02	B-886	B	S	CR	8	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-13 14:19	A-1439	A	B	MG	8	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-14 08:25	A-1440	A	B	MG	11	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-14 10:30	B-887	B	S	JT	6	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-14 11:58	A-1441	A	B	CR	15	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-14 13:07	A-1442	A	B	MG	13	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-14 14:13	A-1443	A	B	JT	11	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31

2026-10-15 08:25	A-1444	A	B	JT	9	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-15 09:56	B-888	B	S	CR	8	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-15 10:53	A-1445	A	B	MG	10	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-15 11:53	A-1446	A	B	JT	15	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-15 13:05	A-1447	A	B	CR	14	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-16 08:25	A-1448	A	B	CR	7	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-16 09:56	B-889	B	S	MG	5	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-16 11:31	A-1449	A	B	JT	13	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-16 13:41	A-1450	A	B	CR	12	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-16 14:49	A-1451	A	B	MG	9	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-7781	2027-08-31
2026-10-19 08:25	A-1452	A	B	AL	15	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-19 09:35	B-890	B	S	JT	4	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-19 10:51	A-1453	A	B	CR	12	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-19 11:53	B-891	B	S	AL	8	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-19 13:06	A-1454	A	B	JT	14	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-19 14:17	A-1455	A	B	CR	10	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-20 08:25	A-1456	A	B	JT	7	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-20 09:38	B-892	B	S	CR	3	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-20 10:56	A-1457	A	B	AL	6	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-20 13:01	B-893	B	S	JT	5	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-20 14:18	A-1458	A	B	CR	16	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-20 15:39	A-1459	A	B	AL	11	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-21 08:25	A-1460	A	B	CR	8	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-21 09:44	B-894	B	S	AL	7	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30

2026-10-21 11:02	A-1461	A	B	JT	13	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-21 13:37	A-1462	A	B	CR	11	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-21 14:36	A-1463	A	B	AL	8	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-22 08:25	A-1464	A	B	AL	7	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-22 09:29	B-895	B	S	JT	5	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-22 10:26	A-1465	A	B	CR	14	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-22 11:59	B-896	B	S	AL	5	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-22 13:26	A-1466	A	B	JT	12	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-22 14:33	A-1467	A	B	CR	11	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-23 08:25	A-1468	A	B	JT	16	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-23 09:27	B-897	B	S	CR	4	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-23 10:46	A-1469	A	B	AL	14	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-23 13:12	A-1470	A	B	JT	13	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-23 14:18	A-1471	A	B	CR	11	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-26 08:25	A-1472	A	B	CR	16	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-26 09:53	B-898	B	S	MG	8	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-26 11:09	A-1473	A	B	JT	10	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-26 13:39	B-899	B	S	CR	6	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-26 14:56	A-1474	A	B	MG	6	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-26 15:51	A-1475	A	B	JT	8	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-27 08:25	A-1476	A	B	MG	8	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-27 09:44	B-900	B	S	JT	7	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-27 11:05	A-1477	A	B	CR	10	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-27 13:17	B-901	B	S	MG	8	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30

2026-10-27 14:29	A-1478	A	B	JT	9	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-28 08:25	A-1479	A	B	JT	16	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-28 09:43	B-902	B	S	CR	6	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-28 10:39	A-1480	A	B	MG	14	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-28 11:47	B-903	B	S	JT	3	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-28 13:05	A-1481	A	B	CR	9	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-29 08:25	A-1482	A	B	CR	7	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-29 09:49	B-904	B	S	MG	6	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-29 11:15	A-1483	A	B	JT	12	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-29 13:16	A-1484	A	B	CR	14	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-29 14:18	A-1485	A	B	MG	8	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-30 08:25	A-1486	A	B	MG	6	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-30 09:56	B-905	B	S	JT	6	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-30 11:01	A-1487	A	B	CR	9	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-30 13:24	A-1488	A	B	MG	14	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30
2026-10-30 14:45	A-1489	A	B	JT	9	✓	✓	✓	3M Comply · IC5-8106	2027-11-30

CORRECTIONS DU MOIS

N° DE LOT	STÉR.	CORRECTION
A-1433	A	Paquets 8 → 9, par JT, le 2026-10-09 08:50
A-1465	A	Initiales JT → CR, par CR, le 2026-10-22 14:05

Le registre détaillé porte les valeurs corrigées. Rien n'est effacé : chaque correction garde l'ancienne valeur, qui l'a faite et quand.

PP = paramètres physiques · ICP = indicateurs des paquets · ICC = indicateur chimique de type 5, dont le lot et l'expiration figurent à droite. Document produit automatiquement par ViaStéri le 2026-11-11. À conserver cinq ans.